

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro

Dotyczy: Zakup defibrylatora i torby ratowniczej dla jednostek OSP z terenu gminy Lipnik

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytań, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści możliwość złożenia ofert częściowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością defibrylacji osób dorosłych oraz dzieci z wykorzystaniem wbudowanego trybu pediatrycznego, bez konieczności stosowania osobnych elektrod pediatrycznych, a tym samym nie będzie wymagał dostarczenia osobnych elektrod pediatrycznych od Wykonawców oferujących ww. rozwiązanie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. Defibrylator powinien być wyposażony w minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający miejsce prawidłowego ich naklejenia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 2 szt. baterii, główna i zapasowa, o okresie przydatności 5 lat, zapewniające w sumie 400 wyładowań maksymalną energią?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie wyposażone w 2 szt. baterii, główna i zapasowa, o okresie przydatności 5 lat, zapewniające w sumie 400 wyładowań maksymalną energią

Pytanie nr 4 (dot. defibrylatora)

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie spełniające normę EN1789:2003, odporne na upadek z 1 metra na każdą krawędź, narożnik i powierzchnie, bez odłączenia się akumulatora ani żadnego elementu urządzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania defibrylatora: Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu – nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) – certyfikat zgodności z EN 50298 nie mniej niż IK08.

Pytanie nr 5

Zamawiający, zgodnie z wytycznymi KG PSP z lipca 2013r., wymaga dostarczenia wraz z defibrylatorem AED uchwyty spełniającego normę EN 1789. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator AED spełniający normę EN 1789 z dedykowanym uchwytem ściennym do środków transportu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści takiego defibrylatora.


Zamawiający wymaga, aby defibrylator wyposażony był w uchwyt umożliwiający przymocowanie do pionowej powierzchni (wnętrze kabiny) na czas transportu – certyfikat zgodności z PN EN 1789 – zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zasad Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym z lipca 2013 roku zatwierdzonego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

Pytanie nr 6

Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał pisemną autoryzację producenta w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanych urządzeń ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca posiadał pisemną autoryzację producenta w zakresie dystrybucji i serwisowania oferowanych urządzeń.

Wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Lipnik

mgr Andrzej Grządziel